



SKY 50/10 GENESI S

Cod. D-SK150-040

Compressore a secco silenzioso, portata 135 l/min@5 bar , serbatoio da 40 L, senza essiccatore.



Uso simultaneo massimo: 1



Numero di riuniti: 2

Dispositivo medico CE 0425












Essic.										
	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m³/min 0.182 l/min 182	m³/min 0.135 l/min 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 40	db(A) 55	50 %	bar 7	mm 600x460x890	Kg 42

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-001-K	Kit manutenzione ordinaria GENESI S Kit manutenzione ordinaria per i compressori GENESI, versioni senza essiccatore. Il kit è composto dalla cartuccia del filtro di linea (se presente) e dal filtro di aspirazione del pompante. Si raccomanda la sostituzione annuale dei componenti del kit. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Ordinaria	1.000h/1y
MG-GC-011-K	Kit manutenzione straordinaria GENESI S e M Il kit ricambi di manutenzione straordinaria GENESI comprende: un filtro di aspirazione, due segmenti elastici, O-ring, una cartuccia filtro di linea e due piastre valvolari complete. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 1500 ore/ 2 anni. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Straordinaria	1.500h/2y