



24/10 GENESI M

Cod. D-GE150-024-M

Compressore a secco, portata 135 l/min@5 bar, serbatoio da 24 L, con essiccatore a membrana.



Uso simultaneo massimo: 1




Numero di riuniti: 2

Dispositivo medico CE 0425

Essic.	Aria aspirata		Aria resa @ 5bar		Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW	230V 50Hz	l 24	db(A) 65	50 %	bar 7	mm 500x420x600	Kg 33
	0.182	182	0.135	135	1.1							

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-024-K-SCC	Kit manutenzione ordinaria GENESI M Kit manutenzione ordinaria per i compressori GENESI, con essiccatore. Il kit è composto dalle cartucce della batteria di filtrazione dell'essiccatore (2 cartucce: 5 + 0,01 micron) e dai relativi o-ring, dal filtro di aspirazione del pompante e dalla pastiglia della valvola di non ritorno. Si raccomanda la sostituzione annuale dei componenti del kit. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Ordinaria	1.000h/1y
MG-GC-011-K	Kit manutenzione straordinaria GENESI S e M Il kit ricambi di manutenzione straordinaria GENESI comprende: un filtro di aspirazione, due segmenti elastici, O-ring, una cartuccia filtro di linea e due piastre valvolari complete. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 1500 ore/ 2 anni. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Straordinaria	1.500h/2y